

ООО «Сарапульское предприятие «Алькор»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 261

на респираторы фильтрующие медицинского назначения

АЛИНА – 202 FFP2 NR D (ФП)

Дата изготовления: июнь 2020

Партия № 38

Упаковано в гофроящики с №401 по №450

Количество респираторов в гофроящике 250 шт.

Наименование показателя	Значение показателей	
	Норма по ТУ 32.50.50-001- 32502950-2020	Факт
Внешний вид	Соответствует образцу-этalonу	соответствует
Сопротивление воздушному потоку на вдохе при расходе воздуха 30 дм³/мин, Па не более	70	соответствует
Масса респиратора, г не более	20	соответствует
Коэффициент проницаемости по парафиновому маслу при расходе воздушного потока 95 дм³/мин, % не более	6	соответствует

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Респираторы АЛИНА-202 FFP2 NR D (ФП) упакованы в индивидуальные пакеты, с нанесенными указаниями по эксплуатации. Пакеты с респираторами упакованы в ящики из гофрированного картона в соответствии с установленными требованиями.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения респираторов в упаковке организации-изготовителя 4 года с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Респираторы после их использования по назначению утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Респираторы соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.294-2015, ТУ 32.50.50-001-32502950-2020 и признаны годными для эксплуатации.

Контролер ОТК

Мастер смены

28.06.2020
28.06.2020

Гусева И.А.
Юманин А.С.